

TESTER COND 1

Cod. 08.3962.83

TESTER COND 1

Descrizione

COND 1 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione, 1 x 55ml 1413µS e 12.88 mS standard di conducibilità, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta in cartone.

Caratteristiche principali

- Ampio display LCD
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione.
- Indicatore di misura stabile.
- Compensazione automatica della temperatura.
- 1...2 punti di calibrazione.
- 4 x 1,5 V batterie AAA per lunga durata, compatibile con le batterie ricaricabili.

Dati tecnici:

- Scala TDS: 0÷10 ppt.
- 2 standard di conducibilità memorizzati.
- Temperatura di riferimento 25ï¿½C.

Dati Tecnici

Scala	COND 0÷2000 µS - 0÷20 mS
Risoluzione	Scala automatica
Precisione	±1% fondo scala
Calibrazione	-

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

Compensazione temperatura (° C)	-
Dimensioni (Ø x L mm)	35x175
Peso (g)	120
Alimentazione	4 x 1.5V

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461